



NOTIZIARIO

1. RITIRO VOLONTARIO LOTTO SIMBINUL 24CPS
2. RITIRO LOTTI COMPONENTI FEMORALI NEXGEN CR-FLEX
3. RITIRO LOTTO CALBRATORE BACTEC MICROMGIT (BECTON DICKINSON)
4. RITIRO INSERTI PER PROTESI D'ANCA VITILENE (B. Braun)

Si ha cura di informare di quanto elencato di seguito:

- 1) Cadivet dispone il ritiro volontario del **prodotto SIMBINUL 24CPS** (942580376) lotto n. 24801-12, scad. 30/11/2024 a seguito del fatto che il prodotto si presenta con forma diversa da quella pubblicizzata. I fornitori dovranno contattare l'Azienda, la quale procederà al ritiro della merce e la sostituirà con il lotto n. 24801-13, scad. 31 gennaio 2026 conforme.
- 2) Zimmer Biomet a causa della non conformità alle specifiche di comportamento nella prova di trazione, ha disposto il ritiro dei lotti dei seguenti componenti femorali per sistema NexGen CR-Flex:
 - NexGen CR-Flex componente femorale misura E sinistro – 915265781;
 - NexGen CR-Flex componente femorale misura E destro – 915337428;
 - NexGen CR-Flex componente femorale misura E- sinistro – 915337543;
 - NexGen CR-Flex componente femorale misura E- destro – 915337493.La ditta chiede di isolare e restituire i dispositivi coinvolti. Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail per.it@zimmerbiomet.com
- 3) Becton Dickinson, a causa di possibili risultati di falsi positivi dovuti alla bassa fluorescenza e/o basso riempimento del mezzo, ha comunicato il ritiro del lotto **3268593** della **fiala di calibrazione BD Bactec MicroMGIT** (cod. 964319610)
La ditta chiede di isolare e smaltire i prodotti coinvolti.
- 4) B. Braun ha disposto il ritiro di specifici lotti dei seguenti inserti per protesi d'anca Vitilene aventi misure non corrispondenti a quelle indicate in etichetta:
 - Insetto Vitilene misura F – 917303392, lotto: 52883304;
 - Insetto Vitilene misura I – 917303493, lotto: 52882149.La ditta chiede di isolare i dispositivi coinvolti.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Maurizio Giacomazzi

Il Presidente
Federico Conte

notiziario farmacieunite N. 051 del 26.04.2024 prot. 423/2024

