



## NOTIZIARIO:

1. RITIRO LOTTO FLUIMUCIL MUCOLITICO (AIC 034936171)
2. RITIRO LOTTO GLUCOMETRO ACCU-CHEK – 938807599
3. RITIRO LOTTI MULTITEST 6 COLOR TBNK

### 1. “RITIRO LOTTO FLUIMUCIL MUCOLITICO (AIC 034936171)

La Ditta Zambon Italia Srl, a causa della chiusura difettosa/mancata tenuta del blister del confezionamento primario, ha comunicato il ritiro volontario cautelativo di un lotto del seguente farmaco:

**034936171 FLUIMUCIL MUCOL\*10CPR EFF600MG**  
**Lotto 28007142 scad. 11/2026**

### 2. RITIRO LOTTO GLUCOMETRO ACCU-CHEK - 938807599.

La ditta Roche ha comunicato il ritiro del lotto 31199447\*- seriale 92539374976, del glucometro Accu-Chek Guide - 938807599 che restituisce un valore di glicemia con un'unità di misura differente da quella indicata in etichetta.

La ditta chiede di interrompere l'utilizzo e la distribuzione dei dispositivi coinvolti e di provvedere a chiamare il servizio di assistenza Roche Diabetes Care al numero 800822189 per ricevere gratuitamente un misuratore sostitutivo.

### 3. RITIRO LOTTI MULTITEST 6 COLOR TBNK

La ditta Becton Dickinson ha disposto il ritiro di specifici lotti dei seguenti test BD Multitest 6 Color aventi prestazioni non conformi all'atteso:

- Multitest 6 Color + Trucount - 914602368, lotti: 17569, 22709, 49517;
- Multitest 6 Color - 960755357, lotti: 20010.

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail [regolatorio@bd.com](mailto:regolatorio@bd.com)

Le banche dati risultano aggiornate.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
Maurizio Giacomazzi

Il Presidente  
Federico Conte